



Skalpellsgriff-Klassifizierung nach RKI/KRINKO

Kritisch A oder Kritisch B? Die Zuordnung auf einen Blick.

Skalpellsgriffe zählen nach RKI/KRINKO grundsätzlich zu den kritischen Medizinprodukten (Kontakt zu Blut und/oder Verletzung von Gewebe). Für die korrekte Aufbereitung ist entscheidend, ob es sich um Kritisch A oder Kritisch B handelt – die Zuordnung richtet sich nach der Komplexität der Konstruktion und der Aufbereitbarkeit.

Kriterium	Kritisch A	Kritisch B
Definition nach KRINKO	Kritisches Medizinprodukt ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung	Kritisches Medizinprodukt mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung
Wesentliches Merkmal	Einfache Geometrie, gut zugängliche Oberflächen, mechanisch reinigbar	Komplexe Konstruktion, schwer zugängliche Hohlräume oder Mechanik, aufwändige Reinigung/Kontrolle
Typische Skalpellsgriffe	Klassische einteilige Griffe • Standard-Griffe Nr. 3 und Nr. 4 • Glatte Oberfläche, ohne Mechanik • Klingenaufnahme als reine Steckverbindung • Rostfrei, nicht zerlegbar	Griffe mit integrierter Mechanik • Sicherheits-Skalpellsgriffe mit einziehbarer Klinge • Griffe mit Klingenswechsel-Automat • Griffe mit Federmechanismus, Ratsche oder Gelenken • Zerlegbare Konstruktionen mit Hohlräumen
Aufbereitungsanforderung	Manuelle oder maschinelle Reinigung + Desinfektion + Sterilisation. Standard-RDG-Programm ausreichend. Sichtkontrolle vor Sterilisation.	Zwingend maschinelle Aufbereitung mit validiertem Verfahren. Zerlegung nach Herstellerangabe, spezielle Reinigungsprogramme, dokumentierte Prozessvalidierung, ggf. Ultraschallreinigung.
Dokumentation	Standard-Chargendokumentation ausreichend	Erweiterte Dokumentation: Prozessvalidierung, Freigabekriterien, regelmäßige Überprüfung
Praxis-Konsequenz	In Arztpraxis, Zahnarztpraxis und Ambulanz mit Standard-RDG regelkonform aufbereitbar	Nur in Einrichtungen mit validierten Aufbereitungsprozessen einsetzbar (i.d.R. AEMP/ZSVA)

Rechtliche Grundlage

RKI/KRINKO-Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ · BfArM-Klassifizierung · MPBetreibV (D) bzw. Medizinproduktegesetz (Ö) · DGSV/ÖGSV-Leitlinien zur Aufbereitung. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Fassung sowie die Aufbereitungsanleitung des Herstellers.

K.Ä.B. Sortiment

Wir führen sowohl klassische einteilige Skalpellsgriffe (Kritisch A) als auch moderne Sicherheits-Skalpellsgriffe mit integrierter Mechanik (Kritisch B). Beratung zur passenden Wahl für Ihre Aufbereitungssituation:
+43 6245 84051 · office@kaeb.at · kaeb.at/shop

SKR_01_01:2026-09-01